Tokuyama Dental

ジルコニアにも高い接着効果を発揮します

トクヤマ ユニバーサルプライマー

歯科セラミックス用接着材料／歯科金属用接着材料

トクヤマ ユニバーサルプライマーは、

金属やポーセレン、コンポジットレジンはもちろん、

ジルコニア系、アルミナ系の補綴物にも

強固に接着させることが可能です。



用　途

- レジンセメントを用いて接着させる補綴・修復物の装着時の前処理。
- メタルコア・レジンコアの接着時、ファイバーポスト・金属ポスト等の接着時の前処理。
- 口腔内外での義歯、前装冠の補修時の前処理。
- 硬質レジン築盛時、フレームへの前処理。
- 金属床義歯製作時、金属床、クラスプ、陶歯、硬質レジン歯への前処理。

ご使用の際は必ず製品添付の使用説明書をよくお読み下さい。

もう前処理材選びで迷わない!!

診療室

インレー

クラウン

レジン前装冠

メタルボンド


ラミネートベニア

オールセラミックスクラウン

コア


ファイバーポスト

レジンコア支台歯

メタルボンド修理

技工室

フレーム

ファイバーポスト

陶歯・硬質レジン歯

金属床･白金加金ワイヤー

補強線

トクヤマ ユニバーサルプライマーは様々な素材の前処理材として共通に使用できます。

金合金、銀合金、金銀パラジウム合金、コバルトクロム合金、
ニッケルクロム合金、チタン合金、ステンレス合金、
ポーセレン、ガラスセラミックス、ジルコニア、アルミナ、
ガラスファイバー、コンポジットレジン、ハイブリッド型硬質レジン、
陶歯、硬質レジン歯……等

ユニプラで前処理OK

操作手順

液採取 →(直ちに)→ 混　和 →(5分以内)→ 塗　布 → 10秒放置 → 乾　燥

●バランス良く各素材に接着

■ユニバーサルプライマーとの各被著体の接着データ



弊社レジンセメント使用

トクヤマ ユニバーサルプライマー

■セット構成
- プライマー A … 2mL
- プライマー B … 2mL

（管理医療機器）認証番号224AFBZX00052000

※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

■ご用命は

株式会社トクヤマデンタル
インフォメーションサービス
0120-54-1182 受付時間 9:00～12:00,13:00～17:30（土・日祭日は除く）
札　幌（011）812-5690　仙　台（022）717-6444　東　京（03）3835-7201
名古屋（052）932-6851　大　阪（06）6386-0700　福　岡（092）412-3240
ホームページ　http://www.tokuyama-dental.co.jp

VEGETABLE OIL INK
●この印刷物は、環境にやさしい「水なし印刷」「植物性インキ」を使用しています。